

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm trên toàn quốc

Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm huyết học với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Huyện Gò Dầu

Địa chỉ: số 205 QL 22B, Khu phố Rạch Sơn, Thị Trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: KTV. Nguyễn Văn Ngân

- Chức vụ: nhân viên khoa Dược-TTB-VTYT

- Số ĐT: 0902.838.200

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF).

- Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ: số 205 QL 22B, Khu phố Rạch Sơn, Thị Trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Nhận file điện tử (file Excel và PDF) qua email: khoaduocgodau@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 22 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 6 tháng 10 năm 2023.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế- hóa chất sát khuẩn.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính	Quy cách
1	Ống nghiệm EDTA 2ml	Ống nghiệm nhựa đạt tiêu chuẩn y tế, kích thước 12-13mm x 75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml. Có chứa hoá chất bên trong là EDTA kháng đông cho 2ml	1	ống	
2	Ống nghiệm Heparin 2ml	Ống nghiệm nhựa đạt tiêu chuẩn y tế, kích thước 12-13mm x 75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml. Có chứa hoá chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu	1	ống	

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính	Quy cách
3	Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân	Que thử dùng cho máy xét nghiệm đường huyết EASYGLUCO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	test	
4	Lam Kính	<ul style="list-style-type: none"> • Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") • Vật liệu cấu thành: kính. Loại nhám. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	hộp	
5	Lancet	Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. <ul style="list-style-type: none"> • Tiệt trùng từng cây Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	hộp	
6	Que thử phân tích nước tiểu 3 thông số	Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện định tính và bán định lượng các chất sau trong nước tiểu: Protein, pH, Glucose. Que thử sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA	1	que	
7	HbsAg	Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B.	1	Test	
8	Anti-A	Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu	1	lọ	
9	Anti-AB	Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu	1	lọ	
10	Anti-B	Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu	1	lọ	
11	Anti-D	Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu	1	lọ	
12	Dung dịch sát khuẩn bề mặt	0.05% didecyldimethylammonium chloride + 0.06% polyhexamethylene biguanide chlorhydrate	1	Bình	Bình 1 lít
13	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao	Ortho-phthalaldehyde 0.55%, pH 7.2 - 7.8	1	Can	Can 5 lít
14	Dung dịch sát khuẩn da trước mổ	Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật, chứa 7,5% kl/kl povidone iodine (với nồng độ iodine tự do 10%)	1	Chai	Chai 500ml
Tổng cộng: 14 khoản					

2. Bảng báo giá: Theo mẫu quy định tại thông tư 14/2023/TT-BYT.

3. Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (bằng tiếng Việt) (nếu có).

4. Các thông tin khác (nếu có).

Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu kính mời các công ty/đơn vị/nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các công ty;
- Đăng Web TTYT;
- Lưu VT, KD.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BSCK1. Phan Minh Tú