SỞ Y TẾ TÂY NINH **TTYT KV GÒ DẦU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 359/TM-TTYTKVGD	*Gò Dầu, ngày 10 tháng 03 năm 2026*

YÊU CẦU BÁO GIÁ
BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO NĂM 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Khu vực Gò Dầu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước RO năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Khu vực Gò Dầu

Địa chỉ: số 205 QL22B, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: KTV. Nguyễn Văn Ngân

- Chức vụ: nhân viên khoa Dược-VTTBYT

- Số ĐT: 0902.838.200

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF).

- *Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ:* số 205 QL22B, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- *Nhận file điện tử (file Excel và PDF) qua email: khoaduocgodau@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h ngày 23 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng (04 lần/năm, 03 tháng thực hiện một lần)	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bảo trì định kỳ	Kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống	- Kiểm tra nguồn cấp điện, áp lực nước đầu vào - Kiểm tra, vệ sinh, đánh giá toàn bộ thiết bị: máy bơm, bồn chứa nước đầu nguồn, bồn chứa nước cấp, đèn cực tím, màng lọc RO - Kiểm tra đánh giá hoạt động của hệ thống tiền xử lý đảm bảo hoạt động tốt - Súc rửa hệ thống RO và khử trùng bằng nhiệt đường ống cấp nước RO đến máy thận. - Đo, kiểm tra độ dẫn điện bằng máy cầm tay sau súc rửa. Kiểm tra điều chỉnh độ pH, nhiệt độ - Kiểm tra điều kiện vận hành, bất thường của toàn hệ thống, đề xuất hướng xử lý - Kiểm tra hiệu chỉnh tất cả các thông số của thiết bị nếu có sai lệch	Hệ thống	Khoa thận nhân tạo	31/12/2026
2	Thay vật tư	Thay lõi lọc nước, lọc khí, đèn UV.	Thay thế: 04 lõi lọc 0.2 µm x 20” Thay thế: 01 lõi lọc 0.2 µm x 10” Thay thế: 01 lõi lọc 5 µm x 20” Thay thế: lõi lọc khí 0.2 µm x 10” Thay thế: 01 bộ đèn cực tím 41W Thay thế: 02 bộ đèn cực tím 29W	cái	Khoa thận nhân tạo	31/12/2026
3	Xét nghiệm mẫu nước	Lấy mẫu gửi Viện Y tế Công Cộng Tp HCM kiểm nghiệm	Xét nghiệm mẫu nước theo tiêu chuẩn ASNI/AAMI 13959:2014. Vi sinh: 01 mẫu Nội độc tố: 01 mẫu	Mẫu	Khoa thận nhân tạo	31/12/2026

Nơi nhận:
- Các công ty;
- Đăng Web TTYT;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC GÒ DẦU

BS.CK2 Nguyễn Thái Bình