SỞ Y TẾ TÂY NINH
TTYT KV GÒ DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 357 /TM-TTYTKVGD

Gò Dầu, ngày 10 tháng 03 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
BẢO TRÌ MÁY THẬN NHÂN TẠO NĂM 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Khu vực Gò Dầu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì máy thận nhân tạo năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Khu vực Gò Dầu

Địa chỉ: số 205 QL22B, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: KTV. Nguyễn Văn Ngân

- Chức vụ: nhân viên khoa Dược-VTTBYT

- Số ĐT: 0902.838.200

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF).

- *Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ:* số 205 QL22B, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- *Nhận file điện tử (file Excel và PDF) qua email: khoaduocgodau@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h ngày 23 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng (02 lần/năm, 06 tháng bảo trì 01 lần)	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bảo trì máy chạy thận nhân tạo Dialog+	Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chạy thận nhân tạo	**10 Máy thận nhân tạo** **Model: Dialog +** **HSX: B.Braun** - Vệ sinh bên trong và bên ngoài máy. - Kiểm tra, vệ sinh và cân chỉnh (khi cần thiết) các phần sau: + Ron cao su của thanh hút dịch, cổng màng lọc + Dây hút dịch tẩy khuẩn, rò rỉ buồng cân bằng + Các filter lọc ở buồng cân bằng + Áp lực của các van một chiều (RVFPE, RVFPA, DDE, RVDA) Độ dẫn điện và nhiệt độ của dịch lọc + Bơm hút dịch (Acetate và Bicarbonate), Bơm siêu lọc (UF pump) + Áp lực dòng chảy dịch lọc và áp lực tán khí + Bơm máu (sự di chuyển êm ái, chức năng 01 chiều) và bơm kháng đông heparin + Cảm biến đo áp lực tĩnh mạch PV, động mạch PA, áp lực trước màng PBE + Chức năng phát hiện bọt khí SAD và chức năng phát hiện vỡ màng lọc Blood leak detector + Chức năng của Pin sạc + Chế độ tự kiểm tra máy Self test - Cân chỉnh điện áp bo mạch, cài đặt lại các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Máy hư đột xuất: có mặt trong vòng 12h-24h, kiểm tra hệ thống máy, điều chỉnh các thông số.	Máy	Khoa Thận nhân tạo	31/12/2026

Nơi nhận:
- Các công ty;
- Đăng Web TTYT;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC GÒ DẦU

BS.CK2 Nguyễn Thái Bình