

**YÊU CẦU BÁO GIÁ
SỬA CHỮA MÁY CT-SCANNER 16 LÁT CẮT**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Gò Dầu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa máy CT-scanner 16 lát cắt” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Gò Dầu

Địa chỉ: số 205 QL 22B, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: KTV. Nguyễn Văn Ngân.

- Chức vụ: nhân viên khoa Dược-VTTBYT.

- Số ĐT: 0902.838.200

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF).

- Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ: số 205 QL 22B, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Nhận file điện tử (file Excel và PDF) qua email: khoaduocgodau@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h ngày 25 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bóng phát tia X-quang máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy	Thay thế bóng phát tia X-quang máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy; Model: ACCESS CT; HSX: PHILLIPS	* Yêu về kỹ thuật: Bóng chính: - Vật liệu Anode: TZM, W, Re, Graphite - Giá trị tiêu điểm Rộng x dài IEC 60336: 0.4 x 0.7; 0.6 x 1.3. - Dung lượng nhiệt tối đa: 2.5 MJ; 3.5 MHU - Công suất nhiệt tối đa: 3.5 kW - Đường kính đĩa quay anode: 165.1 mm - Góc quay Anode: 7° - Góc chùm tia hữu dụng: +1.6° / +27.8° - Thời gian phát tia danh định, phụ thuộc vào bộ điều khiển roto: 10s. - Tốc độ quay Anode: 3,000 RPM / 3,600 RPM - Dòng qua sợi tóc tối đa: 5.1 A - Điện áp qua sợi tóc tối đa: 12.5 V; 16.5 V - Dòng chế độ chờ qua dây tóc: 2.0 A - Điện tấp qua bóng phát tia: 140 kV - Công suất đầu vào liên tục danh định bao gồm động cơ, bộ làm mát và tản nhiệt: 5.0 kW - Nguồn điện đầu vào liên tục anode: 3.5 kW - Công suất đầu vào anode dựa trên 4s: 28 kW - Công suất quét CT danh định: 28 kW - Nhiệt độ tối đa vỏ bóng phát tia: +105°C - Dòng điện danh định tối đa: 12 A - Hệ thống chống rò rỉ bức xạ: 140 kV, 25 mA - Khoảng cách vùng hội tụ đến đĩa:	01	Cái

			62 mm +2 mm. - Nhiệt độ môi trường hoạt động: +5°C đến +35°C - Độ ẩm cho phép hoạt động: 10% đến 90% - Áp suất hoạt động: Minimum: 70Kpa tương ứng với độ cao nước biển là 300m, Maximum: 110Kpa. Bộ làm mát: - Điện áp cung cấp cho khối làm mát: 230v ±10% 50Hz/60Hz. - Tản nhiệt của bộ làm mát: 50kw - Lưu lượng gió tối thiểu qua bộ làm mát: 11.61 m3/min. - Trạng thái của cảm biến áp suất bơm: Đóng khi hoạt động, mở khi suất giảm dưới 0,206bar. - Dải lớn nhất cho cảm biến: 250Vac/5A. * Năm sản xuất: 2025 trở về sau * Hàng hóa: Mới 100% Cài đặt tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 dãy, Model:Access CT, Hãng SX: Philips		
--	--	--	---	--	--

Nơi nhận:

- Các công ty;
- Đăng Web TTYT;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC



BS. CK2 Nguyễn Thái Bình

